



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 206 – CENTRO - CEP. 79.240-000 - JARDIM - MS

PROTOCOLO		
Recebido em 10/08/2020	Indicação	24/2020
Registrado sob o nº d7d3d6e9		NÚMERO
Sessão de 11/08/2020		
Funcionário		
AUTORIA: Ver. Jaime Echeverria. 1º Secretario		

INDICAMOS ao Sr. Prefeito Municipal, Sr. Guilherme Alves Monteiro, ouvido o plenário na forma regimental, para que determine ao setor competente da municipalidade, que seja feita uma manutenção na parte elétrica da UTI Móvel, pois verificamos, in-loco, que a mesma está sem iluminação Interna e o Técnico de Enfermagem e o Médico Sanitarista têm que fazer uso do celular e lanterna, para monitorar o paciente. É importante termos este suporte de vida em perfeito estado e em condições de uso.

Esperamos o atendimento de nossa proposição e contamos com a aprovação dos Nobres Pares.

Sala das Sessões, 11 de Agosto de 2020

**Ver. Jaime Echeverria. 1º
Secretario
Vereador(a) - PL**

